

Kurowice, dnia 07.11.2016 r.

**PROTOKÓŁ  
Z PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O WYŁONIENIE WYKONAWCY**

**Na zakup dygestorium wraz z usługą montażu**

**Data ogłoszenia: 24/10/2016 r.**

**Protokół z dnia: 07/11/2016 r.**

Gmina Brójce/Zespół Szkół w Kurowicach z siedzibą w Brójce 39, 95-006 Brójce / Kurowice ul. Szkolna 1, 95-006 Brójce, otrzymało następujące oferty handlowe na realizację zadania:

Zakup dygestorium wraz z usługą montażu o następujących minimalnych wymaganiach technicznych:

- konstrukcja z trzech stron ze szkła hartowanego (min. 6 mm),
- blat roboczy wykonany ze szkła hartowanego,
- lampa LED oświetlająca przestrzeń roboczą,
- moc 0,3 KW,
- napięcie 230V/60Hz,
- regulowany wentylator (regulacja minimum 2-stopniowa), o wydajności 405 m3/h oraz 580 m3/h,
- oświetlenie podstawowe Diody LED oraz opcja oświetlenia UV,
- możliwość zamontowania zlewu polipropylenowego z zaworem wodnym,
- wymiary 70cm/90cm/50cm (szerokość/wysokość/głębokość).

Zaproszenie do składania ofert w związku z wyżej wymienionymi działaniami zostało upublicznione na stronie internetowej:

- Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich,
- Zespołu Szkół w Kurowicach
- Gimnazjum w Kurowicach im. św. Jadwigi Królowej Polski,
- oraz przesłane zostało drogą mailową do 4 potencjalnych wykonawców.

W odpowiedzi do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

Nazwa oferenta	Cena	Cena (waga 100 pkt)	Data wpływu
PPHU „OŚWIATA” M.OMIELCZENKO ul. Kazubów 6a/46 01-466 Warszawa	Cena netto: 6 000,00 zł Cena brutto: 7 380,00 zł	65 pkt.	28.10.2016
Łabstyl os. Gen. Władysława Sikorskiego 3/52 32-650 Kęty	Cena netto: 3 900,00 zł Cena brutto: 4 797,00 zł	100 pkt.	2.11.2016

Wszyscy Oferenci spełnili warunek zawarty w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w punkcie 8 rozdziału 6.5.3. Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.





W związku faktem, że po otwarciu ofert w dniu 02.10.2016 r. okazało się, że obie przesłane oferty nie spełniają wszystkich wymogów formalnych zawartych w zapytaniu ofertowym, Zamawiający wezwał Oferentów do uzupełnienia braków formalnych w terminie do 07.11.2016 r. do godziny 10:00. Obydwie firmy przesłały uzupełnienia w ww. terminie.

Po sprawdzeniu uzupełnionych ofert zgodnie z warunkami zapytania za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Labstyl, os. Gen. Władysława Sikorskiego 3/52, 32-650 Kęty  
Cena netto: 3 900,00 zł (trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100)  
Cena brutto: 4 797,00 zł (cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100)  
100 pkt. za I kryterium oceny.

Dyrektor  
Zespołu Szkół w Kurowicach  
  
mgr inż. Marzanna Opoka-Szewc

.....  
(pieczętka i podpis)